

CLG Chemisches Labor Dr. Graser KG
 Herr Carl-Heinrich Graser
 Tiefer Graben 2
 97453 Schonungen



Bundesanstalt für Gewässerkunde
 Referat G4

Labor-Nr: 45

Ringversuch "Tritium in Wasser 2020"
 BfG-Bericht 2023

Probe T1				
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer	Z-Score	Zeta-Score
24,1	28,4	Typ -	1,519 A	0,995 A

Probe T2				
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer	Z-Score	Zeta-Score
49,4	55,7	Typ -	1,58 A	1,065 A

Probe T3				
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer	Z-Score	Zeta-Score
87,6	100,2	Typ -	2,616 W	1,617 A

Im Auftrag

Dr. Axel Schmidt

Erläuterungen:

Sollwert Sollwert der jeweiligen Ringversuchsprobe
 Mittelwert Labormittelwert der jeweiligen Ringversuchsprobe * zerfallskorrigiert
 Ausreißer gemäß Grubbs- und Cochran-Test
 Z-/Zeta-Score A: Akzeptiert W: Warnung N: Nicht akzeptiert