CLG Chemisches Labor Dr. Graser KG
Herr Graser
Goldellern 5
97453 Schonungen

Bundesanstalt für Gewässerkunde
Referat G4

Labor-Nr: 43

Vergleichsanalyse "Tritium in Wasser 2022"
BfG-Bericht 2121

Probe T1								
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer		Z-Score		Zeta-Score		
14,5	15,8	Typ	-	0,698	A	0,315	A	

Probe T2								
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer		Z-Score		Zeta-Score		
48,1	51,8	Typ	-	1,107	A	0,704	A	

Probe T3								
Sollwert [Bq/l]	Mittelwert [Bq/l]	Ausreißer		Z-Score		Zeta-Score		
76,4	82,3	Typ	-	1,305	A	0,853	A	

Im Auftrag



Dr. Axel Schmidt

Erläuterungen:

Sollwert	Sollwert der jeweiligen Ringversuchsprobe		
Mittelwert	Eigener Labormittelwert		* zerfallskorrigiert
Ausreißer	gemäß Grubbs- und Cochran-Test		
Z-/Zeta-Score	A: Akzeptiert	W: Fragwürdig	N: Unzureichend